

## S d ě l e n í pro: výrobce měřidel, kteří jsou držiteli certifikace provedené notifikovanou osobou č. 1383 ČMI

### Přechod posuzování shody podle směrnic 2004/22/ES a 2009/23/ES na směrnice 2014/32/EU (MID) a 2014/31/EU (NAWID)

modul **B**

Pro stanovení jednotného a správného přístupu k praktické realizaci přechodu posuzování shody podle směrnic 2004/22/ES a 2009/23/ES na směrnice 2014/32/EU (MID) a 2014/31/EU (NAWID) přijal ČMI jako notifikovaná osoba, resp. oznámený subjekt posuzování shody v rozsahu zmíněných směrnic (dále jen AO/NB ČMI), s přihlédnutím k vyjádření ÚNMZ k této problematice prezentovanému sdělením zn. ÚNMZ/00290/4200/2 ze dne 12. 1. 2016, následující zásady (kde je to relevantní, jsou v hranaté závorce uvedena zdrojová ustanovení směrnic, ze kterých se vychází).

- 1) Certifikační činnosti AO/NB ČMI, které nebudou dokončeny nejpozději s datem 19. 4. 2016, musí být přezkoumány a dokončeny podle směrnice 2014/31/EU, resp. 2014/32/EU (to se týká zejména modulů posuzování shody B a G, ale i F), a to včetně problematiky harmonizované normy ČSN EN 45501:2015 u NAWI.  
[MID čl. 51 bod 1, čl. 52, čl. 50; NAWID čl. 44 bod 1, čl. 45, čl. 43, čl. 12, čl. 6 bod 4, čl. 3 bod 1]
- 2) Při uvádění měřidel na trh, které se (fakticky a) dokumentačně bude vztahovat k datu 20. 4. 2016 a datům pozdějším, se výrobci a dovozci mají odvolávat na nové směrnice, a to i v prohlášení o shodě, které tak musí zpracovat.  
[MID čl. 19 bod 2, čl. 51 bod 1, čl. 52, čl. 50; NAWID čl. 14 bod 2, čl. 44 bod 1, čl. 45, čl. 43, čl. 3 bod 1]
- 3) Od data 20. 4. 2016 včetně se připouští dodávání (distribuce) a uvádění do provozu měřidel, která odpovídají starým směrnicím (2009/23/ES a 2004/22/ES), pokud byla uvedena na trh (tedy přinejmenším dokumentačně dodána od výrobce či dovozce dalšímu subjektu = distributorovi nebo uživateli měřidel) před dnem 20. 4. 2016.  
[MID čl. 50, čl. 4 bod 5 a 6, čl. 51 bod 1, čl. 52, bod 61 preambule; NAWID čl. 43, čl. 2 bod 3 a 4, čl. 44 bod 1, čl. 45, bod 46 preambule]
- 4) Počínaje dnem 20. 4. 2016 musí měřidla uváděná na trh odpovídat požadavkům směrnic 2014/31/EU, resp. 2014/32/EU, pokud jde o uvedení kontaktní poštovní adresy výrobce či dovozce na měřidle a v případě NAWI i o provedení doplňkového metrologického označení.  
[MID čl. 8 bod 6, čl. 10 bod 3, čl. 51 bod 1, čl. 52, čl. 50; NAWID čl. 6 bod 6, čl. 8 bod 3, čl. 44 bod 1, čl. 45, čl. 3 bod 1]
- 5) Počínaje dnem 20. 4. 2016 musí hospodářské subjekty (výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, distributoři) zavést evidenci hospodářských subjektů, kterým dodali měřidla, dále musí zavést evidenci hospodářských subjektů, které naopak dodaly měřidla jim, a tyto informace uchovávat po dobu 10 let od dodání měřidel, pokud takové informace nevedly již před zmíněným datem.  
[MID čl. 13, čl. 51 bod 1, čl. 52, čl. 50; NAWID čl. 11, čl. 44 bod 1, čl. 45]

- 6) Certifikáty ES přezkoušení typu (či přezkoumání návrhu v rámci MID) vydané podle dosavadních směrnic zůstávají oficiálně v platnosti na dobu, na jakou byly vydány, i po datu 20. 4. 2016; pokud však přechod reality prohlášení shody na novou směrnici vyvolá nějakou odlišnost vůči certifikátu, musí být do certifikátu promítnuta (změna jakéhokoli faktu či údaje, kromě čísla směrnice, obsaženého v certifikátu včetně příloh, např. i ve vazbě na bod 4 tohoto přehledu), musí držitel certifikátu oslovit bezodkladně NB, která certifikát vydala, se žádostí o změnu certifikátu. V platnosti zůstávají i schválení (certifikáty) systémů managementu (modul D).

[MID čl. 50 bod 1, čl. 51 bod 1, čl. 52; NAWID čl. 43, čl. 44 bod 1, čl. 45]

- 7) Výrobci a dovozci NAWI, kteří pro uvádění vah na trh od data 20. 4. 2016 hodlají nadále využívat certifikátu ES přezkoušení typu vydaného podle směrnice 2009/23/ES, pro jehož účel využili jako harmonizovanou normu starší verzi ČSN EN 45501:1992, budou počínaje dubnem 2016 vyzváni AO/NB ČMI, aby zahájili proces řešení shody NAWI uváděných na trh se specifikacemi harmonizované normy ČSN EN 45501:2015 (datem ukončení presumpce shody nahrazované normy je 19. 4. 2016), pokud tak iniciativně neučinili již sami; v rámci tohoto procesu zajistí držitel certifikátu ve spolupráci s AO/NB posouzení, zda typ NAWI odpovídá požadavkům nové normy – v kladném případě se informace o prokázání shody promítnou do certifikátu; pokud by bylo zjištěno, že typ vah nové požadavky (EMC) podle ČSN EN 45501:2015 nespĺňuje, nebo by držitel certifikátu proces přezkoumání neprovedl vůbec či v přiměřeném termínu, pozbude tím legitimitu odvolávání se na příslušnou certifikaci při uvádění vah na trh a AO/NB realizuje proces pozastavení či odnětí certifikátu, jak směrnice ukládá; z hlediska AO/NB kromě toho platí, že při realizaci změny již vydaného ES certifikátu o schválení typu bude postupovat v souladu s platnou směrnicí 2014/31/EU a příslušnou harmonizovanou normou.

[NAWID čl. 6 bod 4, čl. 12, čl. 3 bod 1, čl. 31 bod 4, čl. 43, čl. 44 bod 1, čl. 45; Úřední věstník EU2015/C/300 – oznámení č. 2015/C 300/02]

V Brně dne 23. 2. 2016



RNDr. Pavel Klenovský

generální ředitel ČMI, vedoucí AO/NB

CO

ČMI, sekretariát AO/NB