

Toto rozhodnutí nabylo  
právní moci dne: 12. 8. 2015  
Vyznačeno dne: 12. 8. 2015  
Vyznačil:



## ROZHODNUTÍ

číslo: 0111-RS-C002-15

č.j. ČMI-3075/2015/0311

### Výrok I:

Český metrologický institut, jako orgán věcně a místně příslušný ve věci povolování krátkodobého používání stanovených měřidel podle § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 67 a § 101 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), rozhodl takto:

**povoluje se**

**krátkodobé používání stanovených měřidel**

- váhy s neautomatickou činností,
- váhy s automatickou činností,
- měřidla protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – výdejních stojanů,
- měřidla protečeného množství zkapalněných plynů - výdejních stojanů na LPG,
- měřidla protečeného množství stlačeného zemního plynu - výdejních stojanů na CNG,
- měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby a
- procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu

**v době mezi ukončením jejich opravy a ověřením na dobu 30 dnů,**

**a to za následujících podmínek:**

- opravu, resp. servisní zásah provede subjekt registrovaný podle § 19 zákona o metrologii a dále

**v případě váhy s neautomatickou činností a váhy s automatickou činností**

- opatří stanovené měřidlo štítkem s uvedením svého názvu, sídla, IČ, data opravy či zásahu, specifikace umístění předmětného stanoveného měřidla,
- zajistí stanovené měřidlo proti nedovoleným zásahům,
- poučí uživatele měřidla o povinnosti předložit ČMI stanovené měřidlo k ověření,
- do tří dnů ode dne ukončení opravy prokazatelným způsobem oznámí provedení opravy ČMI, případně sjedná i termín ověření,

**v případě měřidla protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny, měřidla protečeného množství zkapalněných plynů (LPG) a měřidla protečeného množství stlačeného zemního plynu (CNG)**

- zajistí stanovené měřidlo proti nedovoleným zásahům svými značkami stanovenými v podmínkách registrace na místech určených pro umístění úředních značek,

- zaznamená provedení opravy, resp. servisního zásahu do kmenového listu měřidla s uvedením data a druhu opravy či zásahu,
- poučí uživatele měřidla o povinnosti předložit ČMI stanovené měřidlo k ověření,
- do tří dnů ode dne ukončení opravy prokazatelným způsobem přednostně s využitím formuláře ČMI (Žádanka o ověření výdejního stojanu) oznámí provedení opravy ČMI,

#### **v případě měřicí sestavy vozidla taxislužby**

- zajistí na místech určených pro umístění úředních značek stanovené měřidlo proti nedovoleným zásahům svými značkami stanovenými v podmínkách registrace,
- zaznamená provedení opravy, resp. servisního zásahu a další údaje stanovené podmínkami registrace do provozního deníku (Provozní kniha taxametru),
- poučí uživatele měřicí sestavy taxametru vozidla taxislužby o povinnosti předložit ČMI stanovené měřidlo k ověření,

#### **v případě procesního plynového chromatografu pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu**

- opatří stanovené měřidlo na viditelném místě štítkem s uvedením svého názvu, sídla, IČ a data opravy či zásahu,
- zajistí stanovené měřidlo proti nedovoleným zásahům svými značkami stanovenými v podmínkách registrace na místech úředních značek, které byly servisním zásahem znehodnoceny,
- poučí uživatele měřidla o povinnosti předložit ČMI stanovené měřidlo k ověření,
- do tří dnů ode dne ukončení opravy prokazatelným způsobem oznámí provedení opravy ČMI.

#### **Výrok II:**

Tímto rozhodnutím se dnem nabytí právní moci ruší rozhodnutí č. 0111-RS-C001-15 vydané Českým metrologickým institutem dne 20. 1. 2015.

#### **Odůvodnění:**

Český metrologický institut využil k tomuto povolení zmocnění dle § 14 odst. 2 zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a to s účelem umožnit používání stanovených měřidel ověřovaných na místě použití v případech, kdy by v důsledku provedení opravy či servisního zásahu zanikla platnost ověření stanoveného měřidla a až do ověření by tak byla znemožněna činnost, pro kterou jsou indikace stanovovaného měřidla nezbytné. Zároveň se tak při respektování zákona o metrologii vytváří logické předpoklady pro efektivní zajišťování ověřování předmětných stanovených měřidel ze strany ČMI.

Stanovené měřidlo lze používat jako ověřené po dobu 30 dnů od ukončení servisního zásahu či opravy při splnění stanovených podmínek. Datum zásahu či opravy uvedené na štítku stanoveného měřidla slouží jako podstatný údaj nezbytný pro výkon kontrolní činnosti ze strany kontrolních orgánů a rovněž toto datum zásahu či opravy umožňuje spotřebiteli si ověřit, zda předmětné stanovené měřidlo je používáno ve 30 denní lhůtě mezi ukončením opravy a novým ověřením nebo již tato lhůta uplynula, a tudíž předmětné měřidlo nespĺňuje zákonem stanovené požadavky a nesmí být používáno. Umístění data na štítku stanoveného měřidla zajišťuje spotřebiteli dostatečnou právní jistotu, posiluje práva v oblasti ochrany spotřebitele a naplňuje tak požadavky kladené na ochranu spotřebitele dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Český metrologický institut za účelem usnadnění transformace praxe při provozování taxislužby ve vztahu k požadavkům opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C025-14, ve znění účinném ke dni 29. 10. 2014, a za účelem umožnění plynulého ověření měřicích sestav vozidel taxislužby upravených a nově do provozu uváděných ve spojitosti se zmíněným opatřením obecné povahy, upravil rozhodnutím č. 0111-RS-C001-15 oproti předchozím rozhodnutím a oproti ostatním v tomto rozhodnutí zmíněným druhům stanovených měřidel dobu používání měřidla na 50 dnů s tím, že tato specifická úprava je zamýšlena jako časově omezená a že k 1. 7. 2014 dojde k uvedení do původního stavu, tedy ke 30 denní lhůtě i v případě měřicích sestav taxametru, což tímto rozhodnutím č. 0111-RS-C002-15 činí.

Návrh výroku byl vyvěšen na úřední desce ČMI od 10. 7. 2015 do 27. 7. 2015 a rovněž byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska ČMI na [www.cmi.cz](http://www.cmi.cz)). ČMI ke dni vydání rozhodnutí neobdržel žádné námítky, připomínky či vyjádření k předmětnému zveřejněnému návrhu výroku rozhodnutí.

#### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví odvolání do 15 dnů od jeho oznámení. Rozhodnutí se považuje za doručené patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce za předpokladu, že byla splněna podmínka zveřejnění umožňující i dálkový přístup.

Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím Českého metrologického institutu; postup řízení je upraven § 24 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a § 81 a násl. SŘ. Odvolání dle § 24 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, nemá odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 SŘ). Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.


Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SŘ, musí být patrné, kdo je činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, které věci se týká a co se navrhuje, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která jej činí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastník, tj. odvolatele (§ 82 odst. 2 SŘ).

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 SŘ).

27 -07- 2015

V Brně dne .....



  
RNDr. Pavel Klenovský  
generální ředitel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Hendrych

Vyvěšeno dne: 27. 7. 2015

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení: 

Sejmuto dne: 12. 8. 2015

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmuto: 